SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
**TTYT KHU VỰC TAM DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tam Dương, ngày 07 tháng 10 năm 2026*

# YÊU CẦU SỬA CHỮA

**Kính gửi:** Quý nhà thầu.

Căn cứ tình hình thiết bị tại các khoa phòng, Trung tâm y tế khu vực Tam Dương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng sửa chữa gửi báo giá để Trung tâm có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch sửa chữa một số thiết bị y tế hỏng.

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương

Địa chỉ: Thôn Đồi, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Khoa Dược – Vật tư, thiết bị y tế

Điện thoại: 0963.118.043 – Trưởng khoa Dược, vật tư thiết bị y tế.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Thôn Đồi, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 15 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2026 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 10 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2026.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế:

*(Có phụ lục danh mục kèm theo)*

2. Địa điểm và thời gian thực hiện dịch vụ:

2.1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương

Địa chỉ: Thôn Đồi, Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ

2.2. Thời gian thực hiện dịch vụ:

Dựa trên tình hình khám và điều trị bệnh cụ thể của Trung tâm mà hai bên thỏa thuận để sắp xếp lịch thực hiện dịch vụ sửa chữa.

Trân trọng!.

**Nơi nhận:**
*- Như kính gửi;*
*- BGĐ TTYT (b/c);*
*- Lưu: VT, Dược.*

**KT.GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

SỞ Y TẾ TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC TAM DƯƠNG THÔ

**Lâm Văn Ngân**

# DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ YÊU CẦU SỬA CHỮA

*(Kèm theo yêu cầu sửa chữa ngày 07/10/2026 của TTYT khu vực Tam Dương)*

| Stt | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng | Tình trạng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bơm tiêm điện Terumo SS730<br>Model: SS730/seri: 1908010648; 1908010561; 1908010547 | Chiếc | 3 | Máy không hoạt động được | |
| 2 | Dây nội soi đại tràng của Hệ thống nội soi Dạ dày video, Đại tràng video | Chiếc | 1 | Hỏng nút bấm, điều chỉnh dây | |
| 3 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số<br>Model: VP-1000/seri: BMBY026 | Chiếc | 1 | Máy báo không nhận tín hiệu Sp02 | |
| 4 | Máy lý tâm lạnh HERMLE<br>Model: Z216MK/ seri: 61B2100205 | Chiếc | **1** | Máy chạy động cơ kêu to, dịch axit mị chảy ra ngoài | |
| 5 | Máy siêu âm doppler màu 4D (4 đầu dò)<br>Model: LogiQ S7 Expert/seri: LS7003408 | Chiếc | 1 | Bật máy lên, nhưng không siêu âm được | |
| 6 | Đầu dò âm đạo của máy siêu âm<br>LOGIQ S7 Expert<br>Model: IC5-9-D/seri: 703097WX6 | Chiếc | 1 | Đầu dò không nhận được hình ảnh, không tích hợp được vào máy | |
| | **Tổng cộng:** | | | | |